

## MBS-10 Halogen-Beleuchtung



Die Mikroskope MBS-10 und OGME-P3 sind serienmäßig mit einer Beleuchtung mit Wolframglühwendellampe 8V 20W ausgestattet.

Die MBS-10 Mikroskop-Halogenbeleuchtung wird als Tauschteil mit Standard-Halogenlampe 12V 20W geliefert.

Die Leuchte liefert ein helleres Licht, nicht "gelblich" wie die Glühlampe, und wird auch viel weniger warm. Auf dem Gewinde kann ein grüner Filter aufgeschraubt werden.

Der Aufnahmestutzen hat die gleichen Maße, wie die Originalleuchte, es muss jedoch ein 12V Transformator mit mindestens 20W Leistung verwendet werden.